この添付文書をよく読んでから使用ください。

体外診断用医薬品

承認番号 21700AMY00117000

＊2013年4月改訂(第4版)
＊＊2011年2月改訂(第3版)

遊離型前立腺特異抗原キット

シーメンス・イムライズ フリーPSAⅡ

L2KPF2

イムライズ 2000

＊＊*イムライト 2000XPi*

＊＊■全般的な注意

1．本品は体外診断用医薬品ですので、それ以外の目的に使用しないでください。
2．本品の測定結果は、患者の治療歴、臨床症状その他関連する他の検査結果等を考慮して総合的に判断ください。
3．添付文書に記載されている以外の使用方法については保証しません。
4．ヒト由来成分を含む試薬は、感染性のあるものとして使用ください。
5．使用する機器の添付文書及び取扱説明書をよく読んでから使用ください。
6．本品にはアジ化ナトリウム等が含まれます。飲み込むと有害です。誤って目や口に入った場合は、大量の水で洗い流し、必要に応じ医師の診断を受けてください。
7．適切な手袋及び目/顔防御マスクを使用し測定ください。

■形状・構造等（キットの構成）

1．抗体固相化ビーズ
抗遊離型前立腺特異抗原マウスモノクローナル抗体固相化ビーズ
（抗フリーPSAマウスモノクローナル抗体固相化ビーズ）
2．マトリックス試薬
3．酵素標識抗体試薬
アルカリホスファターゼ標識抗前立腺特異抗原ヤギポリクローナル抗体（ALP標識抗PSAヤギポリクローナル抗体）
4．アジャスターL
5．アジャスターH
6．PPD試薬
4-メトキシ-4-（3-ホスフェートフェニル）-スピロ-（1，2-ジオキセタン-3，2'-アダマンタン）
（慣用名：アダマンチルジオキセタンリン酸エステル）

■使用目的

血清中の遊離型前立腺特異抗原（フリーPSA）の測定

■測定原理

本法は、ビーズを固相とした2ステップサンドイッチ法に基づく、化学発光酵素免疫測定法（CLEIA）です。
検体中の遊離型前立腺特異抗原（フリーPSA）は、ビーズに固相化した抗フリーPSAマウスモノクローナル抗体（固相化抗体）と反応し、固相化抗体-フリーPSA複合体（複合体1）を形成します。洗浄後、ALP標識抗PSAヤギポリクローナル抗体（ALP標識抗体）を加えると、ALP標識抗体は複合体1と反応し、固相化抗体-フリーPSA-ALP標識抗体複合体（複合体2）を形成します。洗浄後、4-メトキシ-4-（3-ホスフェートフェニル）-スピロ-（1，2-ジオキセタン-3，2'-アダマンタン）（PPD）を加えると、PPDは複合体2のALPにより加水分解され、発光します。この発光量を測定し、検体中のフリーPSA濃度を求めます。

＊＊■操作上の注意

1．測定試料の性質、採取法
1）検体には血清を使用ください。フリーPSA/トータルPSA比を算出する場合には、トータルPSAを測定した検体を使用ください。
2）検査に必要な血清を得るのに十分な血液を採取し、血清を分離ください（1テストあたり検体量として25μLとデッドボリュームとして250μL、合わせて275μLの血清が必要です）。
3）乳び検体は超遠心後に測定することを推奨します。
4）検査前に既に溶血している検体は、注意して測定値を解釈ください。
5）フィブリンによる測定エラーを防ぐため、血清は完全に凝固させてから遠心分離ください。抗凝固療法を受けている患者検体は、凝固時間が延長することがあります。
6）異なるメーカーにより製造された採血管を用いた場合は、材質、添加物（ゲルやバリア）、凝固活性因子や抗凝固剤などの違いにより、得られる結果に差を生じる可能性があります。本品は全タイプの採血管に対しての検証は行っておりません。
7）検体は冷蔵（2～8℃）保存で48時間安定です。長期保存する場合には、-20℃で保存ください[1)]。
8）測定範囲上限以上の検体を希釈測定する場合は、マルチ検体希釈液2（2000）（別売品、製品番号；L2M2Z）を使用ください。
2．妨害物質・妨害薬剤
1）ビリルビンは200mg/Lまで影響ありません。
2）溶血は赤血球濃度として30μL/mLまで影響ありません。
3）脂質はトリグリセリド濃度として3,000mg/dLまで影響ありません。
3．交差反応
以下の交差反応試験を行い、抗体の特異性を確認しました。

物　質	添加濃度	交差反応率(%)
α-フェトプロテイン(AFP)	10,000 ng/mL	ND
癌胎児性抗原(CEA)	100 ng/mL	ND
フェリチン	10,000 ng/mL	ND
ヒト絨毛性ゴナドトロピン(HCG)	100,000 mIU/mL	ND
ラクトアルブミン	10,000,000 ng/mL	ND
前立腺酸性ホスファターゼ(PAP)	1,000 ng/mL	ND
プロラクチン	200 ng/mL	ND

（ND: 検出感度以下）

4．その他
本品は、イムライズ 2000及びイムライト 2000XPiの専用試薬です。

＊＊■用法・用量（操作方法）

測定機器の取扱説明書及び各試薬の添付文書を参照ください。
1．試薬の調製方法
1）抗体固相化ビーズ
そのまま使用します。冷蔵（2～8℃）保存で使用期限まで安定です。
機器のビーズカルーセルに装填します。機器にセット後は、90日間安定です。
2）マトリックス試薬
そのまま使用します。冷蔵（2～8℃）保存で使用期限まで安定です。
3）酵素標識抗体試薬
そのまま使用します。冷蔵（2～8℃）保存で使用期限まで安定です。
マトリックス試薬と酵素標識抗体試薬は、バーコードを破損しないように、スライドカバー上部のシールと試薬ウェッジ上部のホイルシールをはがして、スライドカバーをはめ込み、機器の試薬カルーセルに装填します。機器にセット後は、90日間安定です。
4）アジャスターL/アジャスターH
1瓶に精製水3.0mLを加え、静かに混和し完全に溶解します。溶解後は冷蔵（2～8℃）保存で30日間、-20℃保存で6ヵ月間安定です。
以上の試薬は各キットロット専用です。測定には同梱の各試薬専用のバーコードラベルが必要です。
5）PPD試薬（別売）
そのまま使用します。
ボトルは使用前に室温（15～28℃）に戻してから（約20分間放置後）、開封ください。開封後は、室温（15～28℃）保存で30日間安定です。
6）マルチ検体希釈液2（2000）（製品番号；L2M2Z）（別売）
自動希釈を行う場合は、そのまま使用します。
使用の際は、付属のラベルを16×100mm試験管に貼付した後、機器に装填し、機器付属のバーコードリーダーで読み取らせてください。
開封後は、冷蔵（2～8℃）保存で30日間、-20℃保存で6ヵ月間安定です。
7）イムライズ 2000 プローブ洗浄液（製品番号；L2PWSM）（別売）
2．必要な器具・器材・試料等
・精製水
・フリーPSA検体希釈液（別売品、製品番号；LPFZ）
3．測定操作法
［イムライズ 2000／イムライト 2000XPi］
抗体固相化ビーズ 1個、検体 25 μL及びマトリックス試薬 50 μLを加え 37℃で 30分間反応の後、洗浄します。次いで、酵素標識抗体試薬 50 μLを加え 37℃で 30分間反応の後、洗浄します。次いで、PPD試薬 200 μLを加え、37℃にて5分間反応後から 5秒間発光量を測定します。同様にアジャスターL及びアジャスターHを用いて操作したときの発光量と対比し、検体中のフリーPSA濃度を求めます。
4．較正
1）新しいロットの試薬を使用する際は、外箱バーコードラベルを用いて、アジャスター（L, H）とキット情報を登録ください。
2）各アジャスターを測定する際は、キットに同梱のラベルを貼付した試験管を機器に装填し、バーコードリーダーで読み込みます。
3）アジャスター（L，H）による較正は、各ロット毎あるいは同じロットを長期間使用する場合は 2週間毎に行ってください。
5．精度管理
1）2濃度以上（Low/High）のコントロール等を用いて精度管理を行ってください。

2）機器の取扱説明書に明記されている手順に従って、日々のメンテナンスを実施し機器の性能を適切に維持ください。

**■測定結果の判定法

測定結果は、ng/mLで表示されます。

1．参考基準範囲
イムライズ 1000で測定した参考基準値は以下のとおりです。
1）海外において20～70歳代の健常男性425名（95パーセンタイル 22～64歳、中央値40歳）から得られた結果は以下のとおりです。男性 n=425，中央値 0.14ng/mL，95パーセンタイル 0.42ng/mL
2）国内においては、トータルPSAが4.1～10ng/mLの範囲でのf/t（フリーPSA／トータルPSA）比を用いた前立腺癌ならびに非癌（前立腺肥大）との鑑別診断判定[2] は、以下のとおりです。

疾患	f／t 比
前立腺癌	0.15未満
非癌(前立腺肥大)	0.15以上

・基準範囲は種々の条件下、各検査室により変動する可能性がありますので、各施設にて適した値を設定ください。

2．判定上の注意
1）血中PSA濃度で悪性疾患の確定診断をしないでください[3]。
2）悪性前立腺疾患の再発は、PSAのモニタリングの結果を含め総合的な臨床評価に基づいて判断ください。
3）検体の採取は、生検、前立腺切除術又は前立腺マッサージの前に行ってください[4]。
4）PSAは前立腺癌のホルモン治療により変動する可能性があります。ホルモン治療を含む前立腺癌の治療に伴いPSA低値となった場合は、残存癌や再発を適切に反映できない可能性があります[5]。
5）血清検体にフリーPSAを添加した回収率からフリーPSA測定の正確性を評価しないでください。フリーPSAが血清中のPSA結合タンパク（α_1-アンチキモトリプシン、α_2-マクログロブリン）と反応し、回収率が低値になる可能性があります。
6）マウスモノクローナル抗体を用いた診断や治療を行った患者検体では、ヒト抗マウス抗体（HAMA）[6)~8)] を有することがあります。HAMAはマウス由来の抗体を用いた免疫測定系を妨害することがあります。これらの検体は正しい値を示さない可能性がありますので、注意して測定値を解釈ください。
7）ヒト血清中の異好抗体は、試薬中の抗体と反応して免疫反応を妨害することがあります[9]。動物や動物の血清に日常的に接している患者ではこの妨害が発生して、異常値を示すことがあります。本品は測定系への干渉リスクが最小限になるように設定されていますが、まれに血清との相互作用が生じます。
8）異なる測定方法を使用すると、その測定法や試薬の特異性の違いにより測定値が異なることがあります。測定法を変更した場合は、その旨と両方の測定法による測定値を報告ください。異なる測定法にて得られた値でモニタリングを行わないでください。モニタリングの途中で測定法を変更する場合は患者のベースライン値を確認ください。
9）診断・治療効果の判定は、本法を含めて関連する他の検査や臨床症状に基づき医師が総合的に判断ください。

**■性　能

1．性能
弊社の品質管理基準に基づいた値です。
1）感度
0.3ng/mL相当の管理検体と12ng/mL相当の管理検体を測定するとき、発光量の比（（12ng/mL）÷（0.3ng/mL））は10倍以上です。
2）正確性
既知濃度の管理血清を測定するとき、既知濃度±20％以内です。
3）同時再現性
管理血清を5回同時測定するとき、C.V. は15％以下です。
4）測定範囲：0.07～25ng/mL

2．分析感度：0.02ng/mL

3．高濃度フック現象
10,000ng/mLまでフック現象は認められません。

4．精度
1日に2回の2重測定を20日間（計40回、80重測定）実施したときの同時再現性は、C.V. 3.2～5.5%で、総再現性はC.V. 3.3～6.1%でした。

5．直線性
濃度0.09～20ng/mLの希釈系列において、回収率は83～110%でした。

6．相関性試験成績
1）本法と他法との相関性[10] は、以下のとおりです（y；本法）。
n=54、r=0.997、y=1.02x－0.06
2）本法とイムライズ 1000との直線回帰法による相関性は、以下のとおりです（y；本法）。
検体濃度：0.07～25ng/mL
n=184、r=0.998、y=1.04x－0.08
平均値：2.37ng/mL（本法）
2.35ng/mL（イムライズ 1000）

7．採血管の影響
15名の血液を血清用採血管（プレーン、SST）と血漿用採血管（ヘパリン、EDTA）に同量採取し、測定した結果は、以下のとおりです。
ヘパリン加血漿＝1.04（血清）－0.19ng/mL　r=0.997
EDTA加血漿＝1.03（血清）－0.19ng/mL　r=0.998
SST血清＝1.08（プレーン血清）－0.28ng/mL　r=0.99
平均値：37ng/mL　ヘパリン加血漿
37ng/mL　EDTA加血漿
38ng/mL　SST血清
36ng/mL　血清

8．較正用基準物質
WHO NIBC 1st IS 96/668

*■使用上又は取り扱い上の注意

1．取り扱い上の注意
1）ヒト血液由来の原料は梅毒、HIV抗体1/2、HBs抗原、HCV抗体に陰性であることを確認していますが、検体及びヒト血液由来の試薬は、HIV、HBV、HCV等の感染の恐れがあるものとして取り扱ってください。
2）検査にあたっては、感染の危険を避けるため使い捨て手袋を着用し、口でのピペッティングは行わないでください。
3）本品には保存剤として0.1％未満のアジ化ナトリウムが含まれていますので、誤って目や口に入ったり、皮膚に付着したりした場合には、水で十分に洗い流す等の応急処置を行い、必要があれば医師の手当て等を受けてください。

2．使用上の注意
1）試薬は貯法に従って保存し、使用期限を過ぎた試薬は使用しないでください。
2）酵素標識抗体試薬は、撹拌により泡ができないように取り扱ってください。
3）PPD試薬は以下の事項に留意ください。
（1）沈殿や濁りは、劣化を示す場合があります。外観に異常のある場合は使用しないでください。
（2）直射日光に曝さないでください。
（3）容器にシリンジ針等の異物を挿入しないでください。
（4）アルカリホスファターゼで汚染しないでください。
4）補充用として包装の項に記載の製品があります。
5）操作に使用する精製水は、蒸留水又は脱イオン水を使用ください。
6）異なるロットの試薬を組み合わせて使用しないでください。
7）同一のロットであっても、試薬の注ぎ足しはしないでください。

3．廃棄上の注意
1）試料（検体）中にはHIV、HBV、HCV等の感染性のものが存在する場合がありますので、廃液、使用済み器具などは、次亜塩素酸ナトリウム（有効塩素濃度 1,000 ppm、1時間以上浸漬）、グルタールアルデヒド溶液（2%、1時間以上浸漬）等での消毒又は滅菌処理（121℃、20分以上）を行ってください。
2）本品には、保存剤として0.1％未満のアジ化ナトリウムが含まれています。アジ化ナトリウムは、銅や鉛等の重金属と反応して爆発性のアジ化塩を形成することがありますので、廃棄の際はゆっくりと大量の水で洗い流してください。
3）残った試薬や検体を廃棄する場合には、医療廃棄物に関する規定に従って、医療廃棄物又は産業廃棄物等区別して処理ください。
4）試薬類や廃液などが飛散した場合には、拭き取りと消毒を行ってください。

■貯蔵方法・有効期間

1．貯蔵方法　2～8℃
2．有効期間　キットの有効期間：1年
各構成試薬の有効期間は包装の項に記載

**■包　装

製品番号	構成試薬名	包装	有効期間
L2KPF2 (200回)	抗体固相化ビーズ	200個	1年6ヶ月
	マトリックス試薬	11.5mL × 1	1年
	酵素標識抗体試薬	11.5mL × 1	1年
	アジャスターL	3.0mL用 × 1	3年
	アジャスターH	3.0mL用 × 1	3年
L2SUBM	PPD試薬	205mL × 2	1年

**■主要文献

1）Jacobs DS, Grady HD, editors. Laboratory Test Handbook. 4th ed. Hudson （Cleveland）:Lexi-Comp Inc., 1996; 193.
2）Kuriyama M. et al.: Jpn.J.Clin.Oncol., 28, 661-665 （1998）
3）Kuriyama M, et al. Quantitation of prostate-specific antigen in serum by a sensitive enyzme immunoassay. Cancer Res 1980;40:4658-62.
4）Stamey TA, Yang N, et al. Prostate specific antigen as a serum marker for adenocarcinoma of the prostate. N Engl J Med 1987;317:909-16

5）Morgan WR, et al. Prostate specific antigen values after radical retropubic prostatectomy for adenocarcinoma of the prostate: impact of adjuvant treatment (hormonal and radiation). J Urol 1991; 145:319-23.
6）Primus FJ, et al. "Sandwich"-type immunoassay of carcinoembryonic antigen in patients receiving murine antibody for diagnosis and therapy. Clin Chem 1988;34:261-4.
7）Hansen HJ et al. Solving the problem of antibody interference in commercial "sandwich"-type immunoassay of carcinoembryonic antigen. Clin chem 1989;35:146-51.
8）Schroff RJ, et al. Human anti-murine immunoglobulin responses in patients receiving monoclonal antibody therapy. Cancer Res 1985;45:879-85.
9）Boscato LM, Stuart MC. Heterophilic antibodies : a problem for all immunoassays. Clin Chem 1988;34:27-33.
10）社内資料
11）吉川典孝 他：日本臨床検査自動化学会会誌, 23 (3):199-201 (1998)
12）原　三郎 他：生物物理化学, 31, 1-8 (1987)
13）川上　圭子 他：臨床化学, 22, 42-48 (1993)
14）荒井陽一 他：泌尿紀要, 35, 1519-1528 (1989)
15）田中方士 他：泌尿紀要, 43, 855-860 (1997)
16）栗山　学 他：泌尿外, 11, 639-643 (1998)
17）山門 実他：日本人間ドッグ学会誌, 13, 157-161 (1998)
18）Maeda H. et al.:Acta Urol. Jpn., 44, 307-311 (1998)
19）Maeda H. et al.:Int. J. Urol., 5, 343-348 (1998)
20）Sumi. S. et al.: 西日泌尿, 60, 602-606 (1998)

＊■問い合わせ先

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
カスタマーケアセンター
電話：03-3493-8400

■製造販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社
＊東京都品川区大崎1-11-1　ゲートシティ大崎ウエストタワー

10380984M1_03
(PINL2KPF-5{21}, 2009-05-21)